


## 单一来源采购专家论证工作底稿

采购单位	贵阳市第三人民医院		
采购项目	贵阳市第三人民医院西门子 CT 球管采购		
采购代理机构	贵州鹏业国际机电设备招标有限公司		
专家论证日期	2020 年 10 月 14 日		
姓名	李东	单位	省专家库
职称	副主任医师	联系电话	13908508206
<p>该项目所采购的西门子CT球管.是原设备西门子型号DURA 202-MV CT的关键部件.为保持该原有设备使用的性能.避免临床检查结果的误差.必须购与原型号设备的匹配部件.满足使用标准,不选择其他品牌的替代产品.</p> <p>由此,原产品牌.西门子医疗子流有限公司具备满足该项目的唯一性.符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定及实际增长需求.建议采用<del>单一</del>单一来源的方式采购.</p>			
专家签名: <span style="font-size: 1.5em;">李东</span>			

# 单一来源采购专家论证工作底稿

采购单位	贵阳市第三人民医院		
采购项目	贵阳市第三人民医院西门子 CT 球管采购		
采购代理机构	贵州鹏业国际机电设备招标有限公司		
专家论证日期	2020 年 10 月 14 日		
姓名	陈家举	单位	省交安库
职称	工程师	联系电话	18984006138
<p>CT球管为CT机核心部件,主要产生适宜的X射线。原厂(西门)球管与设备匹配性能最佳,确保产生的X射线的准确性,和图像的清晰度,同时可保证患者接受的X线剂量在安全范围内。球管更换后需通过CT系统软件调试,进行管流参数的校准,只有使用原厂球管才能保证最佳匹配。</p> <p>综上所述,西门子原厂球管是设备出厂设计图的唯一性,符合《中华人民共和国招标投标法》第三十一条规定之实际情况,建议采用单一来源方式进行采购。</p>			
专家签名: 			

## 单一来源采购专家论证工作底稿

采购单位	贵阳市第三人民医院		
采购项目	贵阳市第三人民医院西门子 CT 球管采购		
采购代理机构	贵州鹏业国际机电设备招标有限公司		
专家论证日期	2020年10月14日		
姓名	何之友	单位	有思家序
职称	副主任医师	联系电话	13984350099
<p>该设备为CT机的关键部件，在设备型号为西门子 DUKA 202-MV CT，为方便该机型相匹配，不降低使用性能的前提下，根据有关规定，是购买该型号原装球管。技术参数才达到该型CT的使用标准。目前没有替代产品。</p> <p>综上所述：西门子医疗系统有限公司是承担该项目的唯一性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十七条的规定及实际情况需要，建议采用单一来源方式采购。</p>			
		专家签名：	何之友